

Corso PSTI



Croce Rossa Italiana - Regione Marche

Istruttori PSTI

AMBULANZA

Istr. Antonio Murolo





OBIETTIVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

VANO SANITARIO

DOTAZIONI DI BASE



AMBULANZA:

Autoveicolo destinato al trasporto di infermi o infortunati

norme sulla circolazione

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI: destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo

- Tipo di patente
- Cabina guida e vano sanitario



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- D.M. Trasporti n.553 del 17/12/87
 - D.M. Trasporti del 05/11/96
- D.M. Trasporti n.487 del 20/11/97
 - D.G.R. n.793 del 07/05/2002



CARATTERISTICHE TECNICHE:

sono stabilite in funzione della
tipologia di ambulanza

- Ambulanza di tipo B
- Ambulanza di tipo A



Ambulanza di tipo B:

Ambulanza di TRASPORTO

attrezzata essenzialmente per il trasporto di **INFERMI O INFORTUNATI**, con eventuale dotazione di **SEMPLICI** attrezzature di assistenza

D.M. Trasporti n.553 del 17/12/87



Ambulanza di tipo A:

Ambulanza di SOCCORSO

attrezzata per il trasporto di infermi o infortunati E PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO dotate di SPECIFICHE attrezzature di assistenza



SEGNI DISTINTIVI

- dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu
- dispositivo supplementare di allarme

T.U. delle norme sulla disciplina sulla circolazione stradale




SEGNI DISTINTIVI

- L'ambulanza deve essere di colore bianco
- Fascia pellicola retroriflettente vinilica di colore arancione (tipo A=H20cm; tipo B=H10cm) lungo le fiancate, la parte posteriore e nella parte interna porta posteriore
- Tipo A: nella parte anteriore scritta **AMBULANZA** (6x60 cm) dritta o rovesciata retroriflettente



SEGNI DISTINTIVI

- Simbolo internazionale di soccorso in materiale retroriflettente su sfondo di colore azzurro su ogni fiancata, anteriormente e posteriormente
- Denominazione dell'ente che abbia la disponibilità o la proprietà del mezzo sulle due fiancate



Corso PSTI




SEGNI DISTINTIVI

- AN** - Sigla Provincia in cui è gestita l'ambulanza
60-le prime due cifre del codice di avviamento postale della provincia (Ancona CAP 60100)
1 - radio mobile
1 - gruppo di Appartenenza
38- numero del mezzo



VANO SANITARIO:

- **SEPARATO** dalla cabina guida mediante divisorio inamovibile (possibile porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta); ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.
- **UNA BARELLA** (o più) e assicurata all'ambulanza longitudinalmente, trasversalmente e verticalmente



VANO SANITARIO:

Tipo A : almeno 3 sedili, uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle

Tipo B : almeno un posto a sedere oltre a quello del conducente

- Ancorati al veicolo
- Necessarie le cinture di sicurezza
- Ammessi i sedili ribaltabili



VANO SANITARIO:

- Presenza di PORTA POSTERIORE ad 1 o 2 ante; per la tipo A luce non inferiore a 120 cm.
- Tipo A: almeno una PORTA SCORREVOLE SULLA FIANCATA DESTRA con vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm.
- Tutte le porte devono essere apribili sia dall'esterno che dall'interno





VANO SANITARIO:

- **Convenientemente illuminato e insonorizzato**
- **Materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti**
- **Materiali non intaccabili se sottoposti a disinfezione**



DOTAZIONI DI BASE

Cabina guida

- Sistema radio
- 1 estintore 2 Kg
- 2 torce/fiaccole
- Catene neve

DOTAZIONI DI BASE

Materiale di protezione

- Guanti monouso



- Mascherine

- Occhiali o visiere



- Camici monouso

- Box aghi/oggetti taglienti



Corso PSTI



DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario



DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario

PRESIDI DI CARICAMENTO

- 1 barella autocaricante con cinture
- 1 sedia cardiopatici





DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario

PRESIDI DI CARICAMENTO

- 1 telo portaferiti (6 maniglie)
- 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza



DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario

PRESIDI RESPIRATORI

- Impianto di distribuzione ossigeno con 2 prese
- alimentato da 2 bombole di O₂ di 7l con scambiatore automatico, riduttore, manometro, flussimetro



DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario

PRESIDI RESPIRATORI

- Maschere facciali per ossigeno terapia
- Pallone autoespandibile con set di maschere adulti





DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario

GESTIONE RESIDUI BIOLOGICI

- Porta rifiuti estraibile
- Padella
- Pappagallo
- Sistema di aspirazione fisso
- Sacchetti per rifiuti e secrezioni gastriche



DOTAZIONI DI BASE

Vano sanitario

MATERIALE VARIO

- Biancheria per barella, lenzuola, coperte, traversa, cuscino, sacchetti per rifiuti e secrezioni gastriche, estintore da 2kg
- Impianto elettrico a norma di legge dotato di centralina di controllo



???

???

???

DOMANDE???



Conclusioni

Ambulanza:

caratteristiche tecniche come garanzia di sicurezza nell'espletamento del servizio

Vano sanitario:

gestione dei presidi e igienizzazione dello stesso sono garanzia di sicurezza